


SLUŽBY LEGÁLNEJ METROLÓGIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ŠTÁTNA SKÚŠOBŇA SKTC - 127
Hviezdoslavova 31, 975 90 Banská Bystrica



CERTIFIKÁT č. C/320059/127/131/98-110

zo dňa 08. 12. 1998

Štátna skúšobňa SKTC - 127 pri SLM SR Banská Bystrica oprávnená na výkon certifikácie výmerom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 197/1998 zo dňa 29. mája 1998 vydaným podľa § 6 zákona č. 30/1968 Zb., o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s výmerom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 195/1998 zo dňa 29. mája 1998 určujúcim výroby-meradiá podľa § 24a uvedeného zákona na povinnú certifikáciu vydáva podľa § 24c tohto zákona a § 5 vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 246/1995 Z.z., o certifikácii výrobkov toto rozhodnutie.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Výrobok (názov a typ) | Odmerné sklo - ODMERNÉ VALCE TRIEDY PRESNOSTI "A"
menovité objemy: 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 cm ³ |
| 2. Číselný kód colného sadzovníka | 701790 |
| 3. Prihlasovateľ | Fedor Slavomír - LABOSTYL
Masarykova 16, 040 01 Košice 1 |
| 4. IČO | 35233885 |
| 5. Výrobca (krajina) | Sklárny KAVALIER , a.s.
Sklárská 359, 285 96 Sázava, Česká republika |
| 6. IČO (resp. kód krajiny) | 00012653 |

Týmto certifikátom sa podľa § 24b uvedeného zákona potvrdzuje:

- a) zhoda vlastností uvedeného typu výrobku s týmito právnymi predpismi, technickými normami a technickými dokumentami:

STN 70 4102, DIN 12 680/2

pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe k tomuto Certifikátu

- b) predpoklady výrobcu pre trvalé dodržiavanie kvality certifikovaných výrobkov vo výrobe

Zmeny technických údajov meradla a podmienok nie sú dovolené. Meradlá certifikovaného typu podliehajú ako určené meradlá povinnému overeniu pred uvedením do obehu a počas ich používania podľa zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii.

Certifikát je vystavený na základe certifikátu č. C/320043/127/131/98-110.

Výsledky skúšok a zistení o zhode určených vlastností certifikovaného výrobku a previerke systému zabezpečovania kvality výrobkov sú uvedené v protokole o meraní k úlohe č. C22/98 zo dňa 14. 10. 1998.
Prihlasovateľ má povinnosť používať slovenskú certifikačnú značku


C 127
98


v zmysle prílohy k vyhláške č. 246/1995 Z.z.

Prihlasovateľ má právo prikladať kópiu certifikátu ku každej dodávke výrobkov.
Platnosť certifikátu je obmedzená na obdobie: od 08. 12. 1998 do 08. 12. 2008

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu môže prihlasovateľ podať odvolanie na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O.BOX 76, 810 05 Bratislava, prostredníctvom tejto štátnej skúšobne do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

P r í l o h a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Obsahuje kópiu certifikátu č. C/320043/127/131/98-110 s prílohou, ktorá obsahuje celkove 3 strany.




Jozef S l a m k a
vedúci štátnej skúšobne SKTC - 127