

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

DODATOK č. 4 zo dňa 10.08.1994 k rozhodnutiu ÚNM č.j. 499/75 so štátnou značkou schváleného typu meradla

**A 14 20/75-251**

Na žiadosť firmy Premex s.r.o., nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vydáva, podľa § 6 Zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii, DODATOK č. 4 k rozhodnutiu ÚNM č.j. 499/75.

Týmto dodatkom sa upravuje schválenie typu meradla na viacvtokový mokrobežný dvojzrosahový vodomer typu VM 3-5 V.

výrobca: Premex s.r.o., nám. Dr. A. Schweitzera 194,  
916 01 Stará Turá


Dodatok č. 4 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov:

1. Výrobca vodomeru sa mení na:  
Premex s.r.o., nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
2. Príloha k rozhodnutiu  
Časť 4 Skúšanie vodomeru, bod 4. sa nahrádza nasledovne:
  4. 50 l/h pri skúšobnom množstve vody min. 100 l

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Bratislava 10.08.1994



*Ivan Mikulecký*  
Ing. Ivan Mikulecký, CSc.  
riaditeľ odboru metrológie  
ÚNMS SR