

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

DODATOK č. 1

zo dňa 01.04.1997

k Rozhodnutiu č. 707/89/320 zo dňa 03.03.1989, ktorým sa vydalo

POVOLENIE DOVOZU MERADLA

pre meradlo s úradnou značkou schválenia typu

ČS 12 82/88-707

Na žiadosť ILAB, spol. s r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava, SR, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 7 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii vydáva Dodatok č. 1, ktorým sa rozširuje schválenie typu váh s elektromagnetickou kompenzáciou zaťaženia I. triedy presnosti, typu JL-200 o typ JL-180 ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohto Dodatku.

Výrobca: CHYO Balance Corporation, Japonsko


Zdôvodnenie:

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou Slovenským metrologickým ústavom Bratislava.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Dodatku k Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje 1 stranu.



J. Orlovský
Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR

Príloha Dodatku č.1
k Rozhodnutiu číslo 707/89/320 zo dňa 3.3.1989

Typ meradla: Elektromagnetické kompenzačné váhy JL-180

Výrobca meradla: Firma Chyo Balance Corporation, Japonsko

Dodatok č.1 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov:

Rozhodnutie č.707/89/320 sa v bode 2 dopĺňa
o váhy JL-180 ktorých metrologické parametre sú :

typ	Max g	Min g	e mg	d mg	TP
JL-180	180	0.1	1	0.1	I

Max - horná medza váživosti
Min - dolná medza váživosti
e - hodnota overovacieho dielika
d - hodnota dielika
TP - trieda presnosti

Bičárová
Vypracovala: PharmDr. Jana Bičárová

Spurný
Ved. lab. 221: Ing. R. Spurný, CSc.

Bratislava dňa 1.4.1997

Kneppo
Doc. Ing. P. Kneppo, DrSc.
riaditeľ SMÚ

