

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

DODATOK č. 2 zo dňa 10.08.1994 k Rozhodnutiu č. 723/89/320 zo dňa 17.05.1989 so štátnou značkou schváleného typu meradla

ČS 14 25/89-723

Na žiadosť firmy Premex s.r.o., nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vydáva, podľa § 6 Zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii, DODATOK č. 2 k Rozhodnutiu č. 723/89/320 zo dňa 17.05.1989.

Týmto dodatkom sa upravuje schválenie typu meradla na skrutkové vertikálne vodomery typu Ak 50, Ak 80 a Ak 100.

výrobca: Premex s.r.o., nám. Dr. A. Schweitzera 194,
916 01 Stará Turá


Dodatok č. 2 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov:


1. V úvodnom odstavci sa mení výrobca na:
Premex s.r.o., nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
2. Príloha k rozhodnutiu
 - a. Časť 1 Popis meradla
sa mení nasledovne:
Výrobcom vodomera je Premex s.r.o., nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá.
 - b. Časť 5 Úradné overovanie
sa nahrádza nasledovne:
Meradlo sa overuje podľa PNÚ 1425.2. Povoľuje sa skúšať vodomery studenou vodou, pričom každý 200-tý kus sa preskúša aj teplou vodou. U vyhovujúceho meradla sa overením zaistí spojenie krytu počítadla s dvomi maticami na veke vodomera (jedna previazaná plomba).

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Bratislava 10.08.1994




Ing. Ivan Mikulecký, CSc.
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR