

111

SLUŽBY LEGÁLNEJ METROLÓGIE SR
metrologické pracovisko Bratislava

DOPLNOK Č. 1

k Rozhodnutiu č. 938/91/25 zo dňa 16. 9. 1991
so štátnou značkou schváleného typu

14 25
CS -----
91-938

Na žiadosť spol. s r. o. POLYJUREX Bratislava, Koceľova 9,
824 79 Bratislava, Služby legálnej metrológie SR, metrologické
pracovisko Bratislava vydáva doplnok č. 1 k Rozhodnutiu o schválení
typu č. 938/91/25.

Týmto doplnkom sa rozširuje schválenie typu meradla vodomera na
teplú vodu CD 74 v súlade s prílohou.

Výrobca: Maddalena, via J. B. G. Maddalena, Povoletto, Udine,
Taliansko


Z d ô v o d n e n i e


Typ meradla CD 74 spĺňa metrologické požiadavky, čo bolo zistené
technickou skúškou, ktorej výsledky sú uvedené v prílohe.

P o u č e n i e o o d v o l a n í

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15
dní odo dňa jeho oznámenia.

Bratislava 12. 1. 1994




Jozef Slamka
riaditeľ SLM SR

Príloha k Doplnku č.1

k Rozhodnutiu o schválení typu meradla CS 14 25/91-938

zo dňa 16.9.1991

Typ meradla: Mokrobežný vodoměr na teplú voduCD 74....

Výrobca meradla: Maddalena, via J.B.G.Maddalena, Povoletto-Udine,
Taliansko

Doplnok č.1 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov:

1. Úvodný odstavec Rozhodnutia č.CS 1425/91-938 sa dopĺňa o typové označenie meradla - vodoměr na teplú vodu Maddalena **CD ONE**
2. Časť 1. Popis meradla sa dopĺňuje :
Vodomery od roku 1993 sú opatrené plastovým púzdom s odklopným viečkom, nerozoberateľne spojeným s telesom vodomera.
3. Časť 5. Overenie sa dopĺňa :
Overenie vyhovujúceho meradla je zabezpečené plastovým krytom, nerozoberateľne spojeným s telesom vodomera.
4. Časť 5. Overenie sa dopĺňa :
Predlžuje sa povolenie overovať vodomery CD ONE v SR studenou vodou (každý 250. kus sa overuje teplou vodou) do konca roku 1995.

Ostatné údaje Rozhodnutia č. 938/91/25 zo 16. 9. 1991 zostávajú v platnosti.

Skúšku vykonal: Ing.Ladislav Hudoba
Bratislava 12. 1. 1994

