

Slovenský metrologický ústav, Bratislava

DODATOK č.1 k rozhodnutiu č.862/91/220 zo dňa 10.4.1991, so štátnou značkou schváleného typu MCS 17 20 91-862

Na žiadosť firmy Chirana-Prema a.s. Stará Turá, Slovenský metrologický ústav vydáva podľa §6 a §7 zákona č. 505/1990 Zb., o metrológii, dodatok č.1 k Rozhodnutiu o schválení typu meradla MCS 17 20 91-862.

Týmto dodatkom sa rozširuje platnosť schválenia typu tonometra TONO 40 o zmeny uvedené v prílohe tohoto dodatku, pri dodržaní technických údajov a podmienok uvedených v prílohe pôvodného rozhodnutia č.862/91/220.

Z d ô v o d n e n i e

Uvedený typ meradla spĺňa metrologické požiadavky, ako to bolo zistené technickou skúškou, ktorej výsledky sú uvedené v prílohe.

P o u č e n i e o o d v o l a n í

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na ÚNMS SR do 15 dní od dňa jeho oznámenia.

V Bratislave 10.8.1994



Ing. Robert Spurný, CSc.
riaditeľ SMÚ

Príloha k Dodatku č.1 k Osvedčeniu o schválení typu
č.862/91/220 zo dňa 10.4.1991

Typ meradla: Tonometer ortuťový Tono 40 Color

Výrobca meradla: CHIRANA-PREMA a.s.Stará turá

Predmetom Doplnku č.1 sú nasledujúce zmeny a doplnky k prílohe
k Osvedčeniu o schválení typu č.č.862/91/220 zo dňa 10.4.1991:

- a) doplnenie typového označenia
nové typové označenie je TONO 40 Color
- b) zmena spôsobu plombovania
Plombovanie sa uskutočňuje nálepkami, nalepenými jedna na
styčnú čiaru medzi telesom zásobníka a vrchnákom a druhá na
uzatváraciu skrutku trubice a na krabicu.

Súška

Pre vyššie uvedené zmeny nebolo potrebné vykonať skúšku.

Bratislava 10.8.1994

Vyhotovil:

Ing.T.Škrovánek

Ing. J.Krč-Turba, CSc.
ved.oddelenia tlaku

