

Slovenský metrologický ústav, Bratislava

Dodatok č.1 k Rozhodnutiu č.714/89/320 zo dňa 3.3.1989
so štátnou značkou povolenia dovozu meradla ČS 3102/89-714

Na žiadosť fy Eduard Schinzel Ges.m.b.H. Prosecká 74,
190 00 Praha 9, ČR, Slovenský metrologický ústav Bratislava
vydáva dodatok č.1 k Rozhodnutiu o povolení dovozu meradla
ČS 3102/89-714.

Týmto dodatkom sa rozširuje povolenie dovozu meradla na
skúšobné zariadenie pre overovanie snímačov teploty TPS 2
o možnosť použiť v zostave alternatívne multimeter Keithley
2001 a počítač typu PC/AT v súlade s prílohou.

Výrobca: Eduard Schinzel Ges.m.b.H. Studenygasse 16, A-1110
Wien, Rakúsko.

Z d ô v o d n e n i e

Uvedené prístroje spĺňajú požiadavky na skúšobné zariadenie
pre overovanie snímačov teploty pre merače tepla, čo bolo
zistené technickou skúškou v SMÚ.

P o u č e n i e o o d v o l a n í

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad
do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Bratislava dňa 12.10.1993



Ing. Robert Spurný, CSc.
riaditeľ SMÚ

Príloha Dodatku č. 1
k rozhodnutiu o povolení dovozu meradla ČS 3102/89-714
zo dňa 3.3.1989

Typ meradla: Skúšobné zariadenie pre overovanie snímačov
teploty TPS 2.

Výrobca meradla: Eduard Schinzel Ges.m.b.H. Studenygasse 16,
A-1110 Wien, Rakúsko.

Doplnok č.1 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov:

V prílohe k Rozhodnutiu č.714/89/320 sa dopĺňa v časti
1. P o p i s m e r a d l a
bod II. na znenie: digitálneho multimetra Keithley DM 196,
alebo Keithley 2001,
bod IV. na znenie: počítača typu C 64, alebo PC/AT.

Skúšku vykonal: Ing. Ján Demian

Ing. Stanislav Ďuriš, CSc.
vedúci oddelenia teploty a tepla

Bratislava 12.10.1993

