


544



SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV

Karloveská 63, 842 55 Bratislava

Dodatok č.1 k Rozhodnutiu č.1179/92/220 zo dňa 20.3.1992,
so štátnou značkou schváleného typu

TCS 128/92 - 1179

Na žiadosť HELAGO s.r.o., Kragujevská 17, 010 01 Žilina,
Slovenský metrologický ústav Bratislava vydáva dodatok č.1
k Rozhodnutiu o schválení typu meradla

TCS 128/92 -1179

Týmto dodatkom sa rozširuje schválenie typu váh s elektro-
magnetickou kompenzáciou zataženia o váhy II.triedy presnos-
ti FX-200, FX-2000, FY-200, FY-2000 v súlade s prílohou.


Zdôvodnenie:

Uvedené typy meradiel spĺňajú metrologické požiadavky pre
danú sériu.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad
do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Bratislava dňa 24.1.1996


Ing. Peter Kneppo, DrSc.
riaditeľ SMÚ



Príloha Dodatku č.1
k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TCS 128/92-1179
zo dňa 20.3.1992

Typ meradla: Elektromagnetické kompenzačné váhy FX-200,
FX-2000, FX-6000, FY-200, FY-2000,

Výrobca meradla: Firma A & D Company, Limited Tokyo

Dodatok č.1 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov:

Príloha k rozhodnutiu č.1179/92/220 sa v bode 3 mení
nasledovne:

typ	Max g	Min g	e g	d g	TP
FX-6000	6100	10	1	0.1	II.
FX-320	310	1	0.1	0.01	II.
FX-3200	3100	10	1	0.001/60g 0.1 0.01/600g	II.

Príloha k rozhodnutiu č.1179/92/220 sa v bode 3 dopĺňa
o váhy FX-200, FX-2000, FY-200, FY-2000, ktorých metrologické
parametre sú :

typ	Max g	Min g	e g	d g	TP
FX-200	210	0.5	0.01	0.001	II.
FX-2000	2100	5	0.1	0.01	II.
FY-200	210	5	0.1	0.01	II.
FY-2000	2100	10	0.2	0.1	II.

Max - horná medza váživosti
Min - dolná medza váživosti
e - hodnota overovacieho dielika
d - hodnota dielika
TP - trieda presnosti

Metrologické parametre váh, typu FX-EC sú totožné s
parametrami váh série FX a FY, ktoré boli typovo schválené
pod číslom TCS 128/92-1179.

Vypracovala: PharmDr. J. Bičárová

Bratislava dňa 24.1.1996

Ing. R. Spurný, CSc.
ved. odd. 221

