

Slovenský metrologický ústav

Rozhodnutie č. 960/128/93-1305/1D/ČSMÚ o doplnku č.1 zo dňa 2.7.1993 k rozhodnutiu o schválení typu meradla

TCS 128/92-1305

Na žiadosť COMESA spol. s r.o. A.Staška 30,146 20 Praha 4, Slovenský metrologický ústav Bratislava vydáva doplnok č.1 k rozhodnutiu o schválení typu meradla TCS 128/92-1305.

Týmto doplnkom sa rozširuje schválenie typu váh s elektromagnetickou kompenzáciou zataženia, série PM, firmy Mettler, Švajčiarsko, o typ PM 4000 , v súlade s prílohou.

Zdôvodnenie:

Uvedený typ meradla spĺňa metrologické požiadavky ako bolo zistené technickou skúškou vykonanou v PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt).

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Príloha



Ing. Robert Spurný, CSc.
riaditeľ SMÚ

Príloha k Doplnku č.1
k rozhodnutiu o schválení typu meradla TCS 128/92-1305
zo dňa 30.6.1992

Typ meradla: Laboratórne váhy s elektromagnetickou kompenzáciou
zariadenia PM 4000
Výrobca meradla: Firma Mettler, Švajčiarsko

Doplnok č.1 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov:

1. Bod 3 sa dopĺňa o váhy typu PM 4000, ktoré majú tieto parametre:

Max/g/	4100
Min/g/	5
d/g/	0.01
e/g/	0.1
n	41 000
TP	II.

TP-trieda presnosti
Max-horná medza váživosti
Min-dolná medza váživosti
d-hodnota digitálneho dielika
e-hodnota overovacieho dielika
n-počet overovacích dielikov

2. Ostatné body zostávajú nezmenené.

Vypracovala: PharmDr. Jana Bičárová
Bratislava dňa 2.7.1993



Ing. R. Spurný, CSc.
riaditeľ SMÚ

