

SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV

Rozhodnutie č. 960/128/93-1457/1D/ČSMÚ o doplnku č.1 zo dňa 18.8.1993 k rozhodnutiu o schválení typu meradla

TCS 128/92-1457

Na žiadosť EKO TECH s.r.o., Pernštýnská 15, 530 02 Pardubice, Slovenský metrologický ústav Bratislava vydáva doplnok č.1 k rozhodnutiu o schválení typu meradla TCS 128/92-1457.

Týmto doplnkom sa rozširuje schválenie typu váh s elektromagnetickou kompenzáciou zaťaženia, série 822, firmy KERN Nemecko, o typy 822-43 ,822-21 v súlade s prílohou.


Zdôvodnenie:

Uvedené typy meradiel spĺňajú metrologické požiadavky ako bolo zistené technickou skúškou vykonanou našou organizáciou.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Príloha



Ing. Robert Spurný, CSc.
riaditeľ SMÚ

Príloha k Doplnku č.1
k rozhodnutiu o schválení typu meradla TCS 128/92-1457
zo dňa 23.11.1992

Typ meradla: Laboratórne váhy s elektromagnetickou kompenzáciou
zataženia 822-43, 822-21
Výrobca meradla: Firma KERN, Nemecko

Doplnok č.1 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov:

1. Bod 3 sa dopĺňa o váhy typu 822-43, 822-21, ktoré majú tieto parametre:

Typ	822-43	822-21
Max/g/	6200	165
Min/g/	25	0.5
d/g/	0.1	0.001
e/g/	0.5	0.01
n	12 400	16 500
TP	II.	II.

TP-trieda presnosti
Max-horná medza váživosti
Min-dolná medza váživosti
d-hodnota digitálneho dielika
e-hodnota overovacieho dielika
n-počet overovacích dielikov

2. Ostatné body zostávajú nezmenené

Vypracovala: PharmDr. Jana Bičárová
Bratislava dňa 18.8.1993



Ing. R. Spurný, CSc.
ved. odd. 221