

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

ROZHODNUTIE č. 960/128/92-1466 zo dňa 19.4.1993, ktorým sa vydáva

Schválenie typu meradla

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR podľa § 7 Zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii

s c h v a ľ u j e

typ meradla: elektromechanické obchodné váhy
DIGI DS - 640

výrobca: TERAOKA SEIKO CO., LTD, Japonsko

ako určené meradlo pri dodržaní technických údajov a podmienok uvedených v prílohe tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie sa vydáva na základe rozhodnutia č. 1466/93/1 zo dňa 18.3.1993, vydaného ČMI Brno na žiadosť firmy NOVUM, spol. s r.o., Kaprova 13, 110 01 Praha 1.

Meradlu sa prideluje štátna značka schváleného typu

TCS 128/92-1466

Zdôvodnenie:

Uvedený typ meradla spĺňa metrologické požiadavky ako bolo zistené technickou skúškou, vykonanou v Štátnom metrologickom inšpektoráte, Brno, pracovisko Bratislava.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.



[Signature]
Ing. František Š i l n ý
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR

Príloha:

Rozhodnutí ČMI č. 1466/93/1 o schválení typu meradla TCS 128/92-1466 s prílohou

ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT

Okružní 31 638 00 Brno

ROZHODNUTÍ č. 1466/93/1 ze dne 18. 3.1993, jímž se vydává

Schválení typu měřidla

Na žádost firmy NOVUM spol. s r.o., Kaprova ul. 13,
110 01 PRAHA 1, Český metrologický institut, podle zákona
o metrologii, č. 505/90 Sb., § 6, 7,

s c h v a l u j e

typ měřidla: elektromechanické obchodní váhy
DIGI DS - 640

výrobce: firma TERAOKA SEIKO CO., LTD, Japonsko

při dodržení technických údajů a podmínek uvedených v příloze
tohoto rozhodnutí.

Měřidlu se přiděluje úřední značka schváleného typu

TCS 128/92 - 1466

Odůvodnění:

Na základě technické zkoušky, která byla provedena Českým metrologickým institutem bylo zjištěno, že uvedený typ měřidla splňuje metrologické požadavky.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat u Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví rozklad do 15 dnů ode dne jeho oznámení.



RNDr. Pavel K l e n o v s k ý
ředitel ČMI


Příloha

Protokol o typovom overení
TCS 128/92-1466

Na žiadosť firmy NOVUM, spol. s r. o., Kaprova 13, 110 01 Praha 1, bolo vykonané overenie typu elektromechanických obchodných váh DIGI DS-640, výrobok firmy TERAOKA SEIKO CO., LTD Japonsko.


1. POPIS MERADLA

Pohľad na vážiacu jednotku je na obr. č. 1.



Obr. č. 1

Na obrázku č. 2 je znázornený zobrazovací display.



Obr. č. 2

Vážiacu jednotku tvorí plošina tvaru kazety, ktorá je opatrená štyrmi nastavovacími skrutkami a jedným tenzometrom.

Váhy sú realizované ako dvojzrosahové.

5. OVERENIE VÁH

Váhy, ktoré vyhovujú požiadavkám ČSN 994102 sa overia:

- hlavnou overovacou značkou na olovenej platničke umiestnenej na štítku váh,
- plombou cez dve plombovacie skrutky pod miskou váh,
- pomocnou overovacou značkou na display váh zo strany kupujúceho.


6. DOBA PLATNOSTI

Platnosť overenia a doba platnosti sa riadia platnými predpismi a je 2 roky.

7. UMIESTNENIE VZORKY

Elektromechanické obchodné váhy DS-640, výrobné číslo 1130469 boli vrátené žiadateľovi o typové overenie.

V Bratislave dňa 3. 12. 1992


Skúšku typu vykonal:
Ing. František Silný