

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SR

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

DODATOK č. 2

zo dňa 21.03.1996

k Rozhodnutiu Č-SMÚ č. 1306/92/220 zo dňa 10.06.1992, ktorým sa vydalo

SCHVÁLENIE TYPU MERADLA

pre meradlo s úradnou značkou schválenia typu

TCS 130/92-1306

Na žiadosť súkromného podniku Štefan Kolesár, Bottovo 20, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 6 zákona č.505/1990 Zb. o metrológii vydáva Dodatok č. 2, ktorým sa rozširuje schválenie typu meradla

etalónová odmerná nádoba **ON-100** a **ONT-100**
(zmena konštrukcie)

ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohto Dodatku.

Výrobca: Štefan Kolesár, súkromný podnik, Bottovo 20,
980 41 pošta Dubovec, okr. Rimavská Sobota


Zdôvodnenie:

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou Slovenským metrologickým ústavom.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Dodatku k Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje 1 stranu textu.



Orlovský
Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR

**Príloha Dodatku č. 2 zo dňa 21.03.1996
k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TCS 130/92 - 1306
zo dňa 10.06.1992**

Typ meradla : Etalónová odmerná nádoba typu **ON-100** a **ONT-100** (zmena konštrukcie)
Výrobca : Štefan **Kolesár**, súkr. podnik, Bottovo 20
980 41 pošta Dubovec, okr. Rimavská Sobota

Predmetom Dodatku č. 2 sú nasledujúce zmeny a doplnky :

I. Príloha Osvedčenia TCS 130/92 - 1306 sa dopĺňa v časti :

2. Popis meradla , o nový odsek tohto znenia :

Povolená zmena konštrukcie spočíva v tom, že :

- uhol horného i dolného kužeľa telesa nádoby je zmenený z 30 na 15 ° ,
- priemer telesa je zväčšený na ϕ 840 mm,
- výška nálevky je zväčšená na 100 mm .

5. Údaje na meradle , o nasledovnú vetu :


Na štítku nádoby s uvedenou konštručnou zmenou je navyše uvedené číslo tohto Dodatku (za značkou schválenia typu).



Skúšku vykonal : I. Chren



Ing. Milan Kachút
vedúci oddelenia 232



Ing. Peter Kneppo, DrSc.
riaditeľ SMÚ Bratislava