

Slovenský metrologický ústav Bratislava

D O D A T O K č. 1

k Rozhodnutiu Č-SMÚ č. 1220/92/220 zo dňa 03.04.1992
so štátnou značkou schváleného typu

TCS 141/92 - 1220

Na žiadosť firmy Tokheim B.V., Leiderdorp (Holandsko), Slovenský metrologický ústav vydáva dodatok č.1 k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TCS 141/92 - 1220.

Týmto dodatkom sa upravuje schválenie typu meradla na

piestové prietočné meradlo 682
s vysielačom impulzov Eltomatic typu 01-08

v súlade s prílohou.

Výrobca : Tokheim, B.V., Reaal 5C, Statenhof, 2353 TK Leiderdorp (Holandsko).


Z d ô v o d n e n i e


Uvedený typ meradla spĺňa metrologické požiadavky, čo bolo zistené technickou skúškou vykonanou našou organizáciou, ktorej výsledky sú uvedené v prílohe.

P o u č e n i e o o d v o l a n í

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Bratislava, dňa 22.02.1996




.....
Ing. Peter Kneppo, DrSc.
riaditeľ SMÚ

Príloha Dodatku č. 1 zo dňa 22.02.1996
k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TCS 141/92 - 1220
zo dňa 03.04.1992

Typ meradla : Piestové prietočné meradlo typu 682 s vysielačom impulzov Eltomatic typu 01-08

Výrobca : Tokheim B.V.
Reaal 5C, Statenhof, 2353 TK Leiderdorp (Holandsko)

Predmetom Dodatku č. 1 sú nasledujúce zmeny a doplnky :

I. Príloha Osvedčenia TCS 141/92 - 1220 sa mení v časti :

1. Základné údaje, adresa výrobcu a dodávateľa, nasledovne :
Tokheim B.V., Reaal 5C, Statenhof, 2353 TK Leiderdorp

II. Príloha Osvedčenia TCS 141/92 - 1220 sa dopĺňa v časti :

2. Popis meradla, bod 2.3 Vysielač impulzov, o nový odstavec :

2.3.3. Trojkanálový fotoelektrický vysielač impulzov typu 01-08 fy Eltomatic, Fabriksvej 4, DK-9490 Pandrup (Dánsko). Zapojenie vysielača zodpovedá blokovej schéme číslo 0792 - 1478a zo dňa 04.03.1992. Hodnota impulzu je 10 cm^3 . Vysielač môže byť vyhotovený :

- so zabudovaným 7-miestnym valčekovým súčtovým počítadlom s hodnotou dielika 1 dm^3 , alebo
- s bowdenovým náhonom na externé súčtové počítadlo.

3. Základné technické údaje o tabulku :

Parametre vysielača impulzov Eltomatic typ 01-08 :

Napájacie napätie	4.5 + 5.5 V =
Maximálny prúd	40 mA
Tvar impulzov	obdĺžnikový, symetrický
Zaťaženie jedného výstupu	max. 15 mA
Počet impulzov na otáčku	3 x 50
Hodnota impulzu	10 cm^3



Skúšku vykonal : I. Chren




Ing. M. Kachút
vedúci oddelenia 232