

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

DODATOK č. 3 zo dňa 10.08.1994 k Rozhodnutiu č. 1005/91/20 zo dňa 09.09.1991 so štátnou značkou schváleného typu meradla

TCS 142/91-1005

Na žiadosť firmy Premex s.r.o., nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vydáva, podľa § 6 Zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii, DODATOK č. 3 k Rozhodnutiu č. 1005/91/20 zo dňa 09.09.1991.

Týmto dodatkom sa upravuje schválenie typu meradla na jednovtokový lopatkový vodomer na studenú vodu firmy Premex, typu Jm3-V/3, Jm3-V/3-k a Jm3-V/3-m.

výrobca: Premex s.r.o., nám. Dr. A. Schweitzera 194,
916 01 Stará Turá

Dodatok č. 3 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov:

1. Príloha k rozhodnutiu

Časť 3 Základné technické údaje


Údaj Minimálny prietok sa nahrádza nasledovne:


Minimálny prietok	pri horizontálnom zabudovaní [m ³ /h]	pri vertikálnom zabudovaní [m ³ /h]
Typ vodometra		
Jm3-V/3	0,03	0,06
Jm3-V/3-k	0,06	0,06
Jm3-V/3-m	0,03	0,06

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Bratislava 10.08.1994




Ing. Ivan Mikulecký, CSc.
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR