

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

DODATOK č. 4 zo dňa 20.08.1994 k Rozhodnutiu č. 1005/91/20 zo dňa 09.09.1991 so štátnou značkou schváleného typu meradla

**TCS 142/91-1005**

Na žiadosť firmy Premex s.r.o., nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vydáva, podľa § 6 Zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii, DODATOK č. 4 k Rozhodnutiu č. 1005/91/20 zo dňa 09.09.1991.

Týmto dodatkom sa rozširuje schválenie typu jednovtokového lopatkového vodomera na studenú vodu firmy Premex, typu Jm3-V/3 o typ Jm3-V/3 P.

Výrobca: Premex s.r.o., nám. Dr. A. Schweitzera 194,  
916 01 Stará Turá

**Z d ô v o d n e n i e**

Uvedený typ meradla spĺňa metrologické požiadavky, ako bolo zistené technickou skúškou vykonanou v Slovenskom metrologickom ústave.

**P o u č e n i e o o d v o l a n í**

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.



*Ivan Mikulecký*  
Ing. Ivan Mikulecký, CSc.  
riaditeľ odboru metrológie  
ÚNMS SR

Príloha  
je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. Obsahuje celkom 1 stranu

Príloha Dodatku č. 4

k Rozhodnutiu č. 1005/91/20 zo dňa 09.09.1991 o schválení typu  
meradla TCS 142/91-1005


Typ meradla: jednovtokový lopatkový vodomer na studenú vodu  
typ Jm3-V/3 P

Výrobca meradla: Premex s.r.o., nám. Dr. A. Schweitzera 194,  
916 01 Stará Turá

Predmetom Dodatku č. 4 sú nasledujúce zmeny a doplnky:

1. Typové označenie vodomerov sa dopĺňa o typ Jm3-V/3 P.

Ide o vodomer zhodný so základným vyhotovením Jm3-V/3 okrem  
odlišného počítadla (obr. č. 1).



obr. č. 1

Skúšku vykonal: RNDr. Milan Mišovich  
Ing. Tibor Reško

Vedúci oddelenia: Ing. Milan Kachút

Bratislava dňa 20.08.1994

