

# Slovenský metrologický ústav, Bratislava

ROZHODNUTIE č. 960/143/93-1256/1D/ČSMÚ zo dňa 30. 8. 1993, o doplnku č. 1 k rozhodnutiu o schválení typu meradla s úradnou značkou schválenia typu

TCS 143/92 - 1256

Na žiadosť firmy RMG MESSTECHNIK GmbH, Butzbach, SRN, Slovenský metrologický ústav, Bratislava vydáva doplnok č. 1 k rozhodnutiu ČSMÚ o povolení dovozu a úradného overovania meradla.


Týmto doplnkom sa rozširuje schválenie typu meradla - Vírového plynomera typu WBZ 08, výrobca RMG MESSTECHNIK GmbH, Butzbach, SRN, v súlade s prílohou.

## Z d ô v o d n e n i e

Uvedený typ meradla spĺňa metrologické požiadavky, čo bolo zistené technickou skúškou.

## P o u č e n i e o o d v o l a n í

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní od dňa jeho oznámenia.



.....  
Ing. Róbert Spurný, CSc.  
riaditeľ SMÚ

Príloha

V Í R O V Ý P L Y N O M E R T Y P U W B Z 0 8  
firmy RMG MESSTECHNIK GmbH, Butzbach, SRN

1. Základné údaje

Výrobca: RMG MESSTECHNIK GmbH, Butzbach, SRN,  
Úradná značka schválenia typu: TCS 143/92 - 1256

2. Popis doplnku

Text v bode 3. pôvodného rozhodnutia sa dopĺňa nasledovným textom:


"Hodnoty  $Q_{min}$  uvedené v tabuľke 1 sú minimálne hodnoty prietoku pre overovanie plynomera vzduchom pri atmosferickom tlaku."

Text v bode 6. pôvodného rozhodnutia sa dopĺňa nasledovným textom:

"V prípade uznania prvotného overenia v zahraničí pri vysokom tlaku skúšobného média bude sa postupovať podľa smerníc "Technische Richtlinie G 7 PTB"."

Bratislava 30.8.1993



  
Ing. Ivan Mikulecký, CSc.  
vedúci oddelenia 223