

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SR

Dodatok č.1

zo dňa 31.7.1996

k Rozhodnutiu ČSMÚ, Bratislava č.1338/92/220 zo dňa 20.7.1992, ktorým sa vydalo

SCHVÁLENIE TYPU MERADLA

pre meradlá so štátnou značkou schváleného typu

TCS 170/92 - 1338

Na žiadosť SMÚ-TECHNOCENTRUM, Bratislava, Karloveská 63, ÚNMS SR, na základe §6 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii, vydáva Dodatok č.1, ktorým sa rozširuje Schválenie typu tlakomera PTO-60 o typ PTO-60s, výrobcu SMÚ-TECHNOCENTRUM, Bratislava, Karloveská 63, s technickými a metrologickými parametrami a podmienkami používania uvedenými v Prílohe tohoto Dodatku s rovnakou štátnou značkou schváleného typu

Zdôvodnenie


Uvedený typ piestového tlakomera PTO-60s spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené technickou skúškou vykonanou Slovenským metrologickým ústavom v Bratislave.


Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní od dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha

Tento Dodatok č.1 má prílohu v rozsahu jednej strany a je jeho neoddeliteľnou časťou.





Ing. Jozef Orlovský.

riaditeľ

odboru metrológie ÚNMS SR

PIESTOVÝ TLAKOMER PTO-60s

Dodatok č.1 sa týka zmien nasledujúcich dát uvedených prílohe k Osvedčeniu:

a) v odstavci 2. Popis meradla:

Za PTO-60 sa dopĺňa "a PTO-60s".

b) v odstavci 2. Základné technické a metrologické údaje:

Dopĺňa sa údaj triedy presnosti pre typ PTO-60s :

Trieda presnosti (STN 25 7205): 0,01

c) v odstavci 4. Skúška:

Dopĺňuje sa na konci odstavca za triede presnosti: "0,01".

Bratislava dňa 28.7.1996

Vykonávateľ skúšky typu, odd.231, SMÚ:

ing.T. Škrovánek

Vedúci oddelenia 231, SMÚ:

Ing. P. Farár

Riaditeľ odboru 230, SMÚ:

Ing.P.Farár

Riaditeľ SMÚ:

Ing. P. Kneppo DrSc.....

