

Slovenský metrologický ústav Bratislava

Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu č.1009/91/20  
zo dňa 18.9.1991

so štátnou značkou schváleného typu TCS 311/91 - 1009

Na žiadosť: ELIS Plzeň spol. s r.o. Luční 15, 304 26 Plzeň,  
Slovenský metrologický ústav Bratislava vydáva dodatok č.1,  
k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TCS 311/91 - 1009.

Týmto dodatkom sa upravuje schválenie typu určeného  
meradla na kalorimetrické počítadlo ETM 1.0 ako člena merača  
tepla odovzdávaného vodou, v súlade s prílohou.


Výrobca: ELIS Plzeň spol. s r.o. Luční 15, 304 26 Plzeň

#### Zdôvodnenie

Uvedený typ meradla spĺňa metrologické požiadavky  
príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené  
technickou skúškou, ktorej výsledky sú uvedené v prílohe.

#### Poučenie o odvolaní

Proti tomuto Dodatku k rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR  
rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.



Ing. Robert Spurný, CSc.  
riaditeľ SMÚ

Bratislava dňa 21.6.1994

Príloha k Dodatku č.1

k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TCS 311/91-1009  
zo dňa 18.9.1991

Typ meradla: Kalorimetrické počítadlo ETM 1.0

Výrobca meradla: ELIS Plzeň spol. s r.o. Luční 15, 304 26 Plzeň

Doplnok č.1 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov:

1. Úvodný odstavec Rozhodnutia č.1009/91/20 zo dňa  
18.9.1991 sa dopĺňa o typ ETM 1.01.

2. Príloha k Rozhodnutiu č.1009/91/20 zo dňa  
18.9.1991 sa dopĺňa v nasledujúcich častiach:

Bod 1. Z á k l a d n é ú d a j e sa dopĺňa o typ ETM 1.01.

Bod 2. P o p i s m e r a d l a sa dopĺňa o typ ETM 1.01.

Bod 3. Z á k l a d n é t e c h n i c k é ú d a j e  
sa dopĺňa:

Vstupné signály pre typ ETM 1.01:

- prúdový (0 až 20) mA,

- impulzný

- frekvenčný (0 až 1) kHz

Teplotný rozsah pre typ ETM 1.01: (60 až 160) ° C

Min. teplotný rozdiel pre typ ETM 1.01: 10 ° C

Max. teplotný rozdiel pre typ ETM 1.01: 100 ° C

Bod 4. S k ú š k a sa doplní o: Skúška sa vykonala podľa  
metrologického predpisu TPM 3721 - 93 a bolo zistené,  
že kalorimetrické počítadlo ETM 1.01 svojimi  
parametrami vyhovuje požiadavkám metrologického  
predpisu TPM 3721 - 93 pre triedu presnosti 4.  
Predpis TPM 3721 - 93 nahrádza PNÚ 3115.1.

Bod 5. Ú d a j e n a m e r a d l e Predpis PNÚ 3115.1  
a ČSN 99 3721 sa nahradí TPM 3721 - 93



Bod 6. O v e r o v a n i e Predpis I 3115 a MP 99 3041  
sa nahradí TPM 3721 - 93 a TPM 3722 -93

Bod 7. D o b a p l a t n o s t i o v e r e n i a sa  
dopíňa o typ ETM 1.01

*Miklešová*

Skúšku vykonal: Ing. E. Miklešová

R. Knorová

*Miklešová*

Vypracoval: Ing. E. Miklešová

*Stanislav Ďuriš*

Vedúci odd. teploty a tepla:

Ing. Stanislav Ďuriš, CSc.

Bratislava dňa 21.6.1994

*←*

