

Slovenský metrologický ústav, Bratislava

DODATOK č.2 zo dňa 28.02.1994 k rozhodnutiu č.953/91/20 zo dňa
06.08.1991 so štátnou značkou schválenia typu meradla

TCS 311/91 - 953

Na žiadosť firmy Landis a Gyr s.r.o. Building Control, Miletičova
5, 821 08 Bratislava, Slovenský metrologický ústav Bratislava
vydáva podľa § 7 zákona č.505/1990 Zb. o metrologii dodatok č.2
k rozhodnutiu o schválení typu meradla.

Týmto dodatkom sa upravuje schválenie typu ultrazvukového merača
spotreby tepla Sonogyr WSC 6 pri dodržaní technických údajov
a podmienok uvedených v prílohe tohto dodatku.

Výrobca: Landis a Gyr GmbH, Friesstrasse 20-24, D - 6 000
Frankfurth 60, Nemecko.


Platnosť dodatku č.2 končí dňom: 28.02.2004


Z d ť v o d n e n i e

Uvedený typ meradla spĺňa metrologické požiadavky, ako bolo
zistené technickou skúškou vykonanou našou organizáciou.

P o u č e n i e o o d v o l a n í

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15
dní odo dňa jeho oznámenia.




Ing. Robert Spurný, CSc.
riaditeľ SMÚ

Príloha Dodatku č.2
k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TCS 311/91 - 953
zo dňa 6.8.1991.

Typ meradla : Ultrazvukový merač spotreby tepla typ Sonogyr WSC 6

Výrobca : Landis a Gyr, GmbH, Friesstrasse 20-24, D-6000 Frankfurt
am Main 60, Deutschland

Dodatok č.2 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov :

1, Bod č.3. Základné technické údaje, tabuľka v odstavci c sa
mení nasledovne :

stípec	"WSC-6"		
Q_n	(m^3/h)	-	12,0
Q_{min}	(m^3/h)	-	0,12
P_n	(bar)	-	25
p pri Q_n	(mbar)	-	280
Q_{max}	(m^3/h)	-	20

Ostatné náležitosti rozhodnutia zostávajú nezmenené



vypracoval: RNDr. Milan Mišovich

Schválil: Ing. Milan Kachút
vedúci oddelenia
objemu a prietoku

V Bratislave 28.2.1994