

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SR

Štefanovičova 3, P.O.BOX 76, 810 05 Bratislava

DODATOK č. 2

zo dňa 28.04.1998

k Rozhodnutiu č. 1161/92/260 zo dňa 20.02.1992, ktorým sa vydalo

SCHVÁLENIE TYPU MERADLA

pre meradlo s úradnou značkou schválenia typu

TCS 311/92-1161

Na žiadosť firmy PREMEX, spol. s r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 6 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii vydáva Dodatok č. 2, ktorým sa rozširuje schválenie typu meradla

odporový snímač teploty OT 5
ako člen merača tepla

ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohto Dodatku.

Výrobca: PREMEX, spol. s r.o.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá


Zdôvodnenie:


Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou Slovenským metrologickým ústavom Bratislava.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Dodatku k Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje 1 stranu textu.




Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR

Odporový snímač teploty typ OT 5

Výrobca: PREMEX, spol. s r.o.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá

Úradná značka schválenia typu meradla:

TCS 311 / 92 - 1161

Predmetom Dodatku č. 2 sú nasledujúce zmeny

bod 3. Základné technické údaje

doplniť údaj:

Dĺžka prívodného vodiča 2,9 m
Odpor prívodného vodiča 2 x 0,108 Ω

Opraviť údaj:


Dĺžka prívodného vodiča 1,4 m
Odpor prívodného vodiča údaj 2 x 0,5358 Ω opraviť na 2 x 0,05358 Ω

bod 5. Údaje na meradle


Údaje musia byť uvedené podľa STN 25 8306, spárované dvojice teplomerov musia byť označené v súlade s TPM 3721 - 93 a s odporúčaním OIML R 75.

bod 6. Overovanie

Overenie a vyhodnotenie výsledkov skúšok sa vykonáva podľa STN 25 8306, TPM 3721 - 93 a TPM 3722 - 93.


Vypracoval: RNDr. Katarína Míklešová


Zodpovedný pracovník za oblasť teploty a tepla: Ing. Stanislav Ďuriš, CSc.


Riaditeľ Slovenského metrologického ústavu: Doc. Ing. Peter Kneppo, DrSc.

Bratislava 28.4.1998

