

SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA

Doplnok č. 1 k Rozhodnutiu č. 1201/92/260 zo dňa 6.5.1992

o schválení typu meradla TCS 311/92 - 1201


Na žiadosť ŠKODA, koncern, Plzeň a.s., závod automatizácia, 316 00 Plzeň 16, Slovenský metrologický ústav Bratislava vydáva Doplnok č. 1 k Rozhodnutiu č. 1201/92/260 zo dňa 6.5.1992, ktorým bolo vydané schválenie typu meradla TCS 311/92 - 1201. Týmto doplnkom sa rozširuje schválenie typu meradla kalorimetrickeho počítadla KP 1.1 v súhlase s prílohou, na možnosť rozšírenia rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Kalorimetrické počítadlo KP 1.1. spĺňa metrologické požiadavky v žiadanom rozšírenom rozsahu, čo potvrdila technická skúška vykonaná našou organizáciou.

P o u č e n i e o o d v o l a n í

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.



[Handwritten signature]

.....
Ing. Robert Spurný, CSc.
riaditeľ

Slovenského metrologického
ústavu

PRÍLOHA

Príloha Doplnku č. 1 k Rozhodnutiu č. 1201/92/260 zo dňa 6.5.1992
o schválení typu meradla

TCS 311/92 - 1201

Typ meradla: KP 1.1

Výrobca: Škoda, koncern, Plzeň, a.s., 316 00 Plzeň

Doplnok č. 1 je predmetom nasledujúcej zmeny:

V bode 3 "Základné technické údaje" sa rozširuje menovitý teplotný rozsah z (20 - 100) °C na (20 - 180) °C.

Ing. Stanislav Ďuriš, CSc.
ved. odd. teploty a tepla

Skúšku vykonala: Ing. Anna Sýkorčinová

Bratislava 17. 3. 1993

