

Slovenský metrologický ústav
Bratislava

Dodatok č.1 k Rozhodnutiu č.1332/92/260 zo dňa 31.07.1992
so štátnou značkou schváleného typu TCS 311/92-1332

Na žiadosť: VZDUCHOTECHNIKA a.s. Z5 / Vyr. elektro, 915 34
Nové Mesto n/Váhom, Slovenský metrologický ústav Bratislava
vydáva Dodatok č.1 k Rozhodnutiu o schválení typu meradla
TCS 311/92-1332.

Týmto dodatkom sa upravuje schválenie typu meradla na
kalorimetrické počítadlo MPT-31 v súlade s prílohou.

Výrobca: VZDUCHOTECHNIKA a.s. Z5 / Vyr. elektro, 915 34
Nové Mesto n/Váhom


Z d ô v o d n e n i e :

Uvedený typ meradla MPT-31 spĺňa metrologické požiadavky.
Predmet dodatku č.1 je uvedený v prílohe.

P o u č e n i e o o d v o l a n í :

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad
do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Bratislava dňa 02.11.1993



Ing. Robert Spurný CSc.
riaditeľ SMÚ

Príloha Dodatku č.1
k Rozhodnutiu č. 1332/92/260 o schválení typu meradla
zo dňa 31.7.1992

Typ meradla: Kalorimetrické počítadlo MPT-31


Výrobca: VZDUCHOTECHNIKA a.s. Z5/Výr. elektro,
915 34 Nové Mesto n/Váhom

Dodatok č.1 je predmetom nasledujúcej zmeny Prílohy
k Rozhodnutiu č. 1332/92/260 zo dňa 31.07.1992

V článku 6.g)

- vypustenie vety "Overovacou značkou sa opatrí elektro-
mechanické počítadlo a to prevlečením plombovacieho drôtu
cez otvor nulovacieho tlačítka počítadla a príchytka v spod-
nej časti skrine počítadla."

Do kalorimetrických počítadiel sa budú montovať od
výr.č.13000 mechanické počítadlá, ktoré nemajú nulovacie
tlačítko.


Vykonal: Ing. A. Sykorčinová



Ing. Stanislav Ďuriš, CSc.
Vedúci odd. teploty a tepla

Bratislava 2.11.1993