

## Slovenský metrologický ústav Bratislava

Dodatok č. 2 k Rozhodnutiu č.1395/92/260  
zo dňa 21.9.1992

so štátnou značkou schváleného typu TCS 311/92 - 1395

Na žiadosť ZPA EKOREG Ústí nad Labem spol. s r.o. Děčínska 55, 400 99 Ústí nad Labem Slovenský metrologický ústav Bratislava vydáva dodatok č.2, k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TCS 311/92 - 1395.

Týmto dodatkom sa upravuje schválenie typu na odporové snímače teploty typ 112 81, určené na meranie teploty kvapalín a po spárovaní dvoch snímačov teploty ako členy merača tepla, v súlade s prílohou

Výrobca: ZPA EKOREG Ústí nad Labem spol. s r.o. Děčínska 55,  
400 99 Ústí nad Labem

**Zdôvodnenie**

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené technickou skúškou typu a výsledky sú uvedené v prílohe.

**Poučenie o odvolaní**

Proti tomuto Dodatku k rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.



Ing. Robert Spurný, CSc.  
riaditeľ SMÚ

Bratislava dňa 18.8.1994

Príloha k Dodatku č.2

k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TCS 311/92-1395  
zo dňa 21.9.1992

Typ meradla: Odporový snímač teploty typ 112 81  
Výrobca meradla: ZPA EKOREG Ústí nad Labem spol. s r.o.  
Děčínska 55, 400 99 Ústí nad Labem

Doplnok č.2 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov:  
Názov výrobcu ZPA š.p. sa mení na ZPA EKOREG spol. s r.o.  
Príloha k Rozhodnutiu č.1395/92/260 zo dňa 21.9.1992 sa  
dopĺňa v nasledujúcich častiach:

Bod 4. S k ú š k a

Druhý odstavec sa doplní o text: a norme DIN IEC 751  
Industrielle Platin-Widerstandsthermometer und Platin-Mess-  
widerstande.

*Miklešová*  
Skúšku vykonal: Ing.E.Miklešová

*Knorová*  
R. Knorová

*Miklešová*  
Vypracoval: Ing.E.Miklešová

*Štaniš*  
Vedúci odd. teploty a tepla: Ing.Stanislav Ďuriš, CSc.

Bratislava dňa 18.8.1994

