

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

DODATOK č. 1 k Rozhodnutiu č. 960/128/93-032 o schválení typu meradla

TSQ 128/93-032

Na žiadosť firmy UNIPROX, spol. s r. o., Brno, Trž. kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR podľa § 6, 7 Zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii vydáva DODATOK č. 1 k Rozhodnutiu č. 960/128/93-032 zo dňa 4.8.1993.

Týmto dodatkom sa rozširuje schválenie typu meradla na elektromechanické váhy bežné s číslicovou indikáciou hmotnosti, jednotkovej a celkovej ceny na typ DIBAL SUPREMA 100, výrobcu NOVATRONIC, S.A. Derio, Bilbao, Španielsko.

Predmetom Dodatku č. 1 sú nasledujúce zmeny a doplnky:

1. Úvodný odstavec Rozhodnutia č 960/128/93-032 zo dňa 4.8.1993 sa dopĺňa o typ "DIBAL SUPREMA 100"
2. Protokol o technickej skúške meradla k Rozhodnutiu č. 960/128/93-032 zo dňa 4.8.1993 sa dopĺňa v časti:
 1. Popis váh, str. 2, odst. 3:
... membránová klávesnica (typ DIBAL 400). Typ DIBAL SUPREMA 100 nie je vybavený tlačiarňou a s tým spojenými funkciami.
 2. Základné technické údaje - typ váh:
o "DIBAL SUPREMA 100"
Základné technické údaje sú zhodné pre obidva typy váh.


Z d ô v o d n e n i e

Uvedený typ meradla spĺňa metrologické požiadavky, ako bolo zistené technickou skúškou vykonanou v Českom metrologickom inštitúte.

P o u č e n i e o o d v o l a n í

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

V Bratislave 6.10.1993



[Handwritten signature]
 Ing. František S i l n ý
 riaditeľ odboru metrológie
 ÚNMS SR