

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefanovičova 3, P.O.BOX 76, 810 05 Bratislava

DODATOK č. 3

zo dňa 19.01.1998

k Rozhodnutiu č. 960/128/94-103 zo dňa 19.12.1994, ktorým sa vydalo

**OSVEDČENIE
O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA**

pre meradlo so štátnou značkou schváleného typu

TSQ 128/94-103

Na žiadosť Schenck-Slovakia, spol. s r.o., Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 7 a 12 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii vydáva Dodatok č.3, ktorým sa rozširuje schválenie typu meradla - elektromechanických váh s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou typu DISOMAT B ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohto Dodatku.

Týmto Dodatkom sa upravuje platnosť Dodatku č. 1 zo dňa 21.04.1995 a Dodatku č. 2 zo dňa 24.11.1995 do 19.12.2004.

Výrobca: SCHENCK PROCESS, GmbH
Landwehrstraße 55, D - 64293 Darmstadt, SRN


Zdôvodnenie:

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené odborným posúdením Službami legálnej metrológie Slovenskej republiky Banská Bystrica.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Dodatku je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje celkom 1 stranu textu.



Jozef Orlovský
Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR

Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou typu DISOMAT B

Výrobca: SCHENCK PROCESS, GmbH
Landwehrstraße 55, D - 64293 Darmstadt, SRN

Štátna značka schváleného typu meradla:

TSQ 128/94-103

Predmetom Dodatku č. 3 sú nasledujúce zmeny Prílohy k Rozhodnutiu
č. 960/128/94-103 zo dňa 19.12.1994:

1. **Bod 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE**

Názov výrobcu sa nahrádza nasledovne:

SCHENCK PROCESS GmbH
Landwehrstrasse 55
D-64293 Darmstadt, SRN

2. **Tabuľka 2. Snímače**

v časti tabuľky - *Snímače tlaku* - SCHENCK sa pridáva riadok tabuľky:

SCHENCK	RTN.. 22t - 100t		C3	C3 MI 7,5	C4	C4MI7,5	C5	BV2E 001
D09-95.17	4,5 kOhm	n _{LC}	3000	3000	4000	4000	5000	výkyvné uloženie, elastomérové uloženie
		Y	20000	24000	24000	24000	24000	
		Z	--	7500	--	7500	--	



Vypracoval: Ing. Jozef Tomko

Riaditeľ SLM SR MP Bratislava: Ing. Ladislav Hudoba

Riaditeľ SLM SR: Jozef Slamka

V Bratislave dňa 19.01.1998