

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

DODATOK č. 1

zo dňa 08.07.1996

k Rozhodnutiu č. 960/128/95-110 zo dňa 08.06.1995, ktorým sa vydalo

OSVEDČENIE
O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA

pre meradlo so štátnou značkou schváleného typu

TSQ 128/95-110

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 7 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii vydáva Dodatok č. 1, ktorým sa mení schválenie typu meradla - elektronických plošinových váh typového radu TP ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohoto Dodatku.

Výrobca: LUBELSKIE FABRYKI WAG, ul. Krochmalna 24, 20-954 Lublin, Poľsko

Zdôvodnenie:

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu, vykonanou Službami legálnej metrológie SR Banská Bystrica.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Dodatku k Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohoto Dodatku. Obsahuje 1 stranu.



Orlovský
Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR

ELEKTRONICKÉ PLOŠINOVÉ VÁHY TYPOVÉHO RADU TP

Výrobca: LUBELSKIE FABRYKI WAG, ul. Krochmalna 24, 20-954 Lublin,
Poľsko

Štátna značka schváleného typu meradla:

TSQ 128/95-110

Predmetom Dodatku č. 1 je nasledujúca zmena Prílohy k Rozhodnutiu
č. 960/128/95-110 zo dňa 08.06.1995:

Bod 3. Základné metrologické a technické údaje

text				
- dolná medza váživosti Min (kg)	0,2	0,04	0,1	2,0
sa nahrádza textom:				
- dolná medza váživosti Min (kg)	0,2	0,4	1,0	2,0

Vypracoval: Ing. Jozef Tomko



Riaditeľ SLM SR MP Bratislava: Ing. Ladislav Hudoba

Riaditeľ SLM SR: Jozef Slamka

V Bratislave dňa 08.07.1996