

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SR

D O D A T O K č.1

zo dňa 24.4.1996



k Rozhodnutiu č.960/128/95-134 zo dňa 22.1.1996, ktorým sa vydalo

OSVEDČENIE  
O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA

pre meradlo so štátnou značkou schváleného typu

**TSQ 128/95 - 134**

Na žiadosť HELAGO s.r.o., Kragujevská 17, 010 01 Žilina, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 7 zákona č.505/1990 Zb.o metrológii vydáva Dodatok č.1, ktorým sa rozširuje schválenie typu meradla, váh firmy AND s elektromagnetickou kompenzáciou zaťaženia II.triedy presnosti o váhy HF-300, HF-400, HF-3000, HF-4000, HF-6000, HF-8000 ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohoto Dodatku.

Výrobca: firma AND, Japonsko

Zdôvodnenie:

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou Slovenským metrologickým ústavom.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Dodatku k Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje jednu stranu.



*Orlovský*  
Ing. Jozef Orlovský  
riaditeľ odboru metrológie  
ÚNMS SR

Príloha Dodatku č.1  
k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TSQ 128/95-134  
zo dňa 22.1.1996

Typ meradla: Elektromagnetické kompenzačné váhy HF-300,  
HF-400, HF-3000, HF-4000, HF-6000, HF-8000

Výrobca meradla: Firma A & D Company, Limited Tokyo

Dodatok č.1 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov:

Príloha k rozhodnutiu č.960/128/95-134 sa v bode 3 dopĺňa  
o váhy HF-300, HF-400, HF-3000, HF-4000, HF-6000, HF-8000,  
ktorých metrologické parametre sú :

typ	Max g	Min g	e g	d g	TP
HF-300	310	0.2	0.01	0.001	II
HF-400	410	0.2	0.01	0.001	II
HF-3000	3100	5	0.1	0.01	II
HF-4000	4100	5	0.1	0.01	II
HF-6000	6100	50	1	0.1	II
HF-8000	8100	50	1	0.1	II

Max - horná medza váživosti  
Min - dolná medza váživosti  
e - hodnota overovacieho dielika  
d - hodnota dielika  
TP - trieda presnosti

Vypracovala: PharmDr. Jana Bičárová

Ved. odd. 221: Ing. R. Spurný

Bratislava dňa 24.4.1996

Ing. P. Kneppo, DrSc.  
riaditeľ SMÚ

