

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

Rozhodnutie č. 960/131/96-028 zo dňa 29.02.1996, ktorým sa vydáva

OSVEDČENIE O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA

Na žiadosť firmy R-GLASS, s.r.o., Čajkovského 8, 984 01 Lučenec, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 6 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii

s c h v a ľ u j e

výčapné nádoby sklenené, typ "Gerlach" ako určené meradlo pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohoto Rozhodnutia.

Výrobca: R-GLASS, s.r.o., Čajkovského 8, 984 01 Lučenec
Zmeny technických údajov meradla a podmienok nie sú dovolené.
Schválený typ meradla podlieha povinnému prvotnému overeniu pred uvedením do obehu.
Platnosť tohoto Osvedčenia končí dňom 28.02.2006.

Meradlu sa prideluje štátna značka schváleného typu meradla:

TSQ 131/96-028

Zdôvodnenie:

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu, vykonanou Službami legálnej metrológie SR, Banská Bystrica.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohoto Rozhodnutia. Obsahuje celkove 4 strany, z toho 2 strany textu a 2 strany obrazových príloh.



Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR

VÝČAPNÉ NÁDOBY SKLENENÉ

TYP "GERLACH"

1. Základné údaje

Výrobca: R-GLASS, s.r.o., Čajkovského 8, 984 01 Lučenec

Štátna značka schváleného typu meradla:

TSQ 131/96-028

2. Popis meradla

Výčapné nádoby sú vyhotovené ako pivové alebo nealko poháre slúžiace na pitie nápojov. Vyrobené sú zo sodnodraselného skla strojným tvarovaním. Tvar a vyhotovenie umožňuje ľahké čistenie a úplné vyprázdňovanie. Vnútorň a vonkajší povrch nádob je hladký. Okraje nádob sú hladké a zhotovené odtavením. Zvislá os je kolmá na základňu a nádoby sú stabilné. Označenie objemu, objemová čiarka i overovacia značka sú vyhotovené sieťotlačou (vypaľovacou farbou) na vonkajšom povrchu nádob. Ozdobu a symboly podľa požiadaviek odberateľov musia byť vyhotovené v súlade s STN 99 6141.

3. Základné technické a metrologické údaje

	Gerlach	Gerlach
- typ		
- menovitý objem v litroch	0,3	0,5
- celková výška nádob v mm	179	200
- vnútorný priemer v rovine objemovej čiarky v mm	62,6	82
- nadmerok v mm	19,5	28
- dĺžka objemovej čiarky v mm	17	16
- hrúbka objemovej čiarky v mm	0,7	0,7
- výška číslíc a písmen označenia objemu v mm	7	7

4. Skúška typu

Skúška typu bola vykonaná v SLM SR, metrologické pracovisko Banská Bystrica, pobočka Žilina, podľa technických požiadaviek STN 99 6141 a inštrukcie pre úradné overovanie výčapných nádob 1-1315. Správnosť objemu predložených vzoriek bola kontrolovateľná objemovou metódou pomocou etalónových odmerných baniek príslušného objemu a delenou pipetou. Zistené chyby objemu nepresiahli dovolené chyby podľa čl. 28 citovanej normy. Výčapné nádoby vyhovujú technickým požiadavkám STN 99 6141 a sú schopné overenia ako určené meradlo.



5. Údaje na meradle

Na výčapných nádobách je vyhotovené vyznačenie objemu objemovou čiarkou a vpravo od objemovej čiarky je označenie objemu číselnou hodnotou a značkou meracej jednotky. Vpravo od označenia objemu je vyznačené logo firmy R-GLASS. Štátna značka schváleného typu nie je na nádobách vyznačená.

6. Overenie

Overovanie výčapných nádob sa vykonáva v zmysle technických požiadaviek STN 99 6141 a inštrukcie pre úradné overovanie výčapných nádob 1-1315. Štátna overovacia značka podľa obr. 3 Výmeru č. 3/1993 ÚNMS SR, je umiestnená vľavo od objemovej čiarky. Vyhotovená je sieťotlačou súčasne pri vyznačení a označení objemu.

7. Doba platnosti overenia

Doba platnosti overenia je podľa Výmeru FÚNM č. M-101/91 neobmedzená.

8. Vzorky meradiel

Vzorky výčapných nádob sú v jednom vyhotovení uložené v SLM SR, metrologické pracovisko Banská Bystrica, pobočka Žilina a v dvoch vyhotoveniach v SLM SR, metrologické pracovisko Banská Bystrica.



Skúšku typu vykonal: Jozef Dorčák

Ing. Vladimír Žilinčík

Jozef Dorčák

Vladimír Žilinčík

Riaditeľka SLM SR MP B. Bystrica: RNDr. Irena Stingl

Irena Stingl

Riaditeľ SLM SR: Jozef Slamka

Jozef Slamka

V Banskej Bystrici dňa 29.02.1996



178 ±2

32,5


ø70 ±1

ø60

i ±0,2



0,3ℓ



R-Glass spol. s r. o.
Čajkovského 8
984 01 Lučenec


Použitie: - výčapná nádoba
- nealkoholické nápoje

M - 1:1

Kresliła: Mrázová Brigita
Dňa : 27.7.1995

Gerlach - 0,3ℓ

Zloženie skla: sododraselné sklo
Výroba : mechanicky tvarované sklo



R-Glass spol. s r. o.
 Čajkovského 8
 984 01 Lučenec

Použitie: - výčapná nádoba
 - nealkoholické nápoje

M - 1:1

Kreslila: Mrázová Brigita
 Dňa : 27.7.1995

Gerlach - 0,5l

Zloženie skla: sododraselné sklo
 Výroba : mechanicky tvarované sklo