


ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava



Rozhodnutie č. 960/131/96-031 zo dňa 29.02.1996, ktorým sa vydáva

O S V E D Č E N I E O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA

Na žiadosť firmy R-GLASS, s.r.o., Čajkovského 8, 984 01 Lučenec, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 6 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii

s c h v a ľ u j e

výčapné nádoby sklenené, typ "Dunaj" ako určené meradlo pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohoto Rozhodnutia.

Výrobca: R-GLASS, s.r.o., Čajkovského 8, 984 01 Lučenec
Zmeny technických údajov meradla a podmienok nie sú dovolené. Schválený typ meradla podlieha povinnému prvotnému overeniu pred uvedením do obehu.

Platnosť tohoto Osvedčenia končí dňom 28.02.2006.

Meradlu sa pridružuje štátna značka schváleného typu meradla:

TSQ 131/96-031


Zdôvodnenie:

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou Službami legálnej metrológie SR, Banská Bystrica.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohoto Rozhodnutia. Obsahuje celkove 3 strany, z toho 2 strany textu a 1 stranu obrazovej prílohy.



Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR

VÝČAPNÉ NÁDOBY SKLENENÉ TYP "DUNAJ"

1. Základné údaje

Výrobca: R-GLASS, s.r.o., Čajkovského 8, 984 01 Lučenec

Štátna značka schváleného typu meradla:

TSQ 131/96-031

2. Popis meradla

Výčapné nádoby sú vyhotovené ako pivové alebo nealko poháre slúžiace na pitie nápojov. Vyrobené sú zo sodnodraselného skla strojným tvarovaním. Tvar a vyhotovenie umožňuje ľahké čistenie a úplné vyprázdňovanie. Vnútorň a vonkajší povrch nádob je hladký. Okraje nádob sú hladké a zhotovené odtavením. Zvislá os je kolmá na základňu a nádoby sú stabilné. Označenie objemu, objemová čiarka i overovacia značka sú vyhotovené sieťotlačou (vypaľovacou farbou) na vonkajšom povrchu nádob. Ozdobu a symboly podľa požiadaviek odberateľov musia byť vyhotovené v súlade s STN 99 6141.

3. Základné technické a metrologické údaje

- typ	Dunaj
- menovitý objem v litroch	0,3
- celková výška nádob v mm	180
- vnútorný priemer v rovine objemovej čiarky v mm	72
- nadmerok v mm	18,5
- dĺžka objemovej čiarky v mm	17
- hrúbka objemovej čiarky v mm	0,6
- výška číslíc a písmen označenia objemu v mm	7

4. Skúška typu

Skúška typu bola vykonaná v SLM SR, metrologické pracovisko Banská Bystrica, pobočka Žilina, podľa technických požiadaviek STN 99 6141 a inštrukcie pre úradné overovanie výčapných nádob 1-1315. Správnosť objemu predložených vzoriek bola kontrolovaná objemovou metódou pomocou etalónových odmerných baniek príslušného objemu a delenou pipetou. Zistené chyby objemu nepresiahli dovolené chyby podľa čl. 28 citovanej normy. Výčapné nádoby vyhovujú technickým požiadavkám STN 99 6141 a sú schopné overenia ako určené meradlo.



5. Údaje na meradle

Na výčapných nádobách je vyhotovené vyznačenie objemu objemovou čiarkou a vpravo od objemovej čiarky je označenie objemu číselnou hodnotou a značkou meracej jednotky. Vpravo od označenia objemu je vyznačené logo firmy R-GLASS. Štátna značka schváleného typu nie je na nádobách vyznačená.

6. Overenie

Overovanie výčapných nádob sa vykonáva v zmysle technických požiadaviek STN 99 6141 a inštrukcie pre úradné overovanie výčapných nádob 1-1315. Štátna overovacia značka podľa obr. 3 Výmeru č. 3/1993 ÚNMS SR, je umiestnená vľavo od objemovej čiarky. Vyhotovená je sietotlačou súčasne pri vyznačení a označení objemu.

7. Doba platnosti overenia

Doba platnosti overenia je podľa Výmeru FÚNM č. M-101/91 neobmedzená.

8. Vzorok meradiel

Vzorok výčapných nádob sú v jednom vyhotovení uložené v SLM SR, metrologické pracovisko Banská Bystrica, pobočka Žilina a v dvoch vyhotoveniach v SLM SR, metrologické pracovisko Banská Bystrica.




Skúšku typu vykonal: Jozef Dorčík



Ing. Vladimír Žilincík

Riaditeľka SLM SR MP B. Bystrica: RNDr. Irena Štingl

Riaditeľ SLM SR: Jozef Slamka

V Banskej Bystrici dňa 29.02.1996



 R-Glass spol. s r. o. Čajkovského 8 984 01 Lučenec	Použitie: - výčapná nádoba - nealkoholické nápoje	M. - 1:1
	Kreslila: Mrázová Brigita Dňa : 27.7.1995	
	Dunaj - 0,3ℓ	Zloženie skla: sododráselné sklo Výroba : mechanicky tvarované sklo