

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava



Rozhodnutie č. 960/131/96-033 zo dňa 31.05.1996, ktorým sa vydáva

O S V E D Č E N I E
O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA

Na žiadosť firmy LR CRYSTAL, a.s, Sklárska 117, 020 61 Lednické Rovne, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 6 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii

s c h v a ľ u j e

výčapné nádoby sklenené, typ "LR-2610" ako určené meradlo pri do-
držaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohoto
Rozhodnutia.

Výrobca: LR CRYSTAL, a.s., Sklárska 117, 020 61 Lednicke Rovne
Zmeny technických údajov meradla a podmienok nie sú dovolené.
Schválený typ meradla podlieha povinnému prvotnému overeniu pred
uvedením do obehu.

Platnosť tohoto Osvedčenia končí dňom 31.05.2006.

Meradlu sa prideluje štátna značka schváleného typu meradla:

TSQ 131/96-033

Zdôvodnenie:

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické
požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené
skúškou typu, vykonanou Službami legálnej metrológie SR Banská
Bystrica.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad
do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohoto Rozhodnutia. Obsahuje
celkove 5 strán, z toho 2 strany textu a 3 strany obrazovej prí-
lohy.



Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR

VÝČAPNÉ NÁDOBY SKLENENÉ TYP "LR-2610"

1. Základné údaje

Výrobca: LR CRYSTAL, a.s., Sklárska 117, 020 61 Lednicke Rovne

Štátna značka schváleného typu meradla:

TSQ 131/96-033

2. Popis meradla

Výčapné nádoby sú vyhotovené ako kališky slúžiace na pitie nápojov. Vyrobené sú zo sódnodraselného skla strojným tvarovaním. Tvar a vyhotovenie umožňuje ľahké čistenie a úplné vyprázdňovanie. Vnútorný a vonkajší povrch nádob je hladký. Okraje nádob sú hladké. Zvislá os je kolmá na základňu a nádoby sú stabilné. Označenie objemu, objemová čiarka i overovacia značka sú vyhotovené sietotlačou (vypalovacou farbou) na vonkajšom povrchu nádob. Ozdoby a symboly podľa požiadaviek odberateľov musia byť vyhotovené v súlade s STN 99 6141.

3. Základné technické a metrologické údaje

- typ	LR-2610		
- menovitý objem v litroch	0,05	0,1	0,2
- celková výška nádob v mm	148	188	207
- vnútorný priemer v rovine objemovej čiarky v mm	39	57	69
- nadmerok v mm	10	25	29
- dĺžka objemovej čiarky v mm	17	19	18
- hrúbka objemovej čiarky v mm	0,6	0,7	0,7
- výška číslíc a písmen označenia objemu v mm	5,5	5,7	5,7

4. Skúška typu

Skúška typu bola vykonaná v SLM SR, metrologické pracovisko Banská Bystrica, pobočka Žilina, podľa technických požiadaviek STN 99 6141 a inštrukcie pre úradné overovanie výčapných nádob 1-1315. Správnosť objemu predložených vzoriek bola kontrolovateľná objemovou metódou pomocou etalónových odmerných baniek príslušného objemu a delenou pipetou. Zistené chyby objemu nepresiahli dovolené chyby podľa čl. 28 citovanej normy. Výčapné nádoby vyhovujú technickým požiadavkám STN 99 6141 a sú schopné overenia ako určené meradlo. Meradlo je schopné plniť funkciu pre ktorú je určené a pri správnom používaní nemôže ohroziť život a zdravie užívateľa alebo životné prostredie.



5. Údaje na meradle

Na výčapných nádobách je vyhotovené vyznačenie objemu objemovou čiarkou a vpravo od objemovej čiarky je označenie objemu číselnou hodnotou a značkou meracej jednotky. Štátna značka schváleného typu nie je na nádobách vyznačená.

6. Overenie

Overovanie výčapných nádob sa vykonáva v zmysle technických požiadaviek STN 99 6141 a inštrukcie pre úradné overovanie výčapných nádob 1-1315. Overovacia značka Štátneho metrologického strediska "K₃" je umiestnená vľavo od objemovej čiarky. Vyhotovená je sieťotlačou súčasne pri vyznačení a označení objemu.

7. Doba platnosti overenia

Doba platnosti overenia je podľa Výmeru FÚNM č. M-101/91 neobmedzená.

8. Vzorky meradiel

Vzorky výčapných nádob sú v jednom vyhotovení uložené v SLM SR metrologické pracovisko Banská Bystrica, pobočka Žilina a v dvoch vyhotoveniach v SLM SR, metrologické pracovisko Banská Bystrica.




Skúšku typu vykonal: Jozef Dorčík *Jozef Dorčík*

Riaditeľka SLM SR MP B. Bystrica: RNDr. Irena Stingl *Irena Stingl*

Riaditeľ SLM SR: Jozef Slamka *Jozef Slamka*

V Banskej Bystrici dňa 31.05.1996


LR CRYSTAL a.s.
 Sklárska 117
 020 61 LEDNICKÉ ROVNE
 -15-



1	LIKÉR	60ml			
	DRUH	OBSAH	SKUT.	VÝŠKA	ZMENA
ČÍSLO: LR-2610					MERÍTKO: 1:↑
DEKOR AUTOR					KRESLIL:
L. R. CRYSTAL a.s. Sklárska 117 020 61 Lednické Rovne					DÁTUM:
					PODPIS:




LR CRYSTAL a.s.
 Sklárská 117
 020 61 LEDNICKÉ ROVNE



1	VÍNO	150 ml			
	DRUH	OBSAH	SKUT.	VÝŠKA	ZMENA
ČÍSLO: LR-2610					MÉRITKO: 1:1
DEKOR AUTOR					KRESLIL:
L. R. CRYSTAL a.s. Sklárská 117 020 61 Lednické Rovne					DÁTUM:
					PODPIS:



LR CRYSTAL a.s.
Sklárska 117
020 61 LEDNICKÉ ROVNE



1	KALICH	250ml			
	DRUH	OBSAH	SKUT.	VÝŠKA	ZMENA
ČÍSLO: LR-2610					MERÍTKO: 1:1
DEKOR AUTOR					KRESLIL:
L. R. CRYSTAL a.s. Sklárska 117 020 61 Lednické Rovno					DÁTUM:
					PODPIS:

