

Úrad pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo SR

DODATOK č. 2

zo dňa 10.04.1996

k Rozhodnutiu SMÚ č. 960/141/93-034 zo dňa 22.07.1993, ktorým sa vydalo

OSVEDČENIE O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA

pre meradlo so štátnou značkou schváleného typu

TSQ 141/93 - 034

Na žiadosť spol. s r.o. ACORD Bratislava, Úrad pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo SR na základe § 7 zákona č. 505/1990 Zb. o metrologii vydáva Dodatok č. 2, ktorým sa rozširuje schválenie typu meradla

výdajné stojany radu MULTI-E
so zariadením na predvoľbu ceny

ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohto Dodatku.

Výrobca : PETROEQUIP GmbH, Siebertgasse 18, A-1120 Wien (Rakúsko).


Zdôvodnenie :

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou Slovenským metrologickým ústavom.

Poučenie o odvolaní :

Proti tomuto Dodatku k Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje 2 strany textu.



Orlovský
Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrologie

**Príloha Dodatku č. 2 zo dňa 10.04.1996
k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TSQ 141/93 - 034
zo dňa 22.07.1993**

Typ meradla : Výdajné stojany radu **MULTI-E** so zariadením na predvoľbu ceny
Výrobca : **PETROEQUIP GmbH**, Siebertgasse 18, A-1120 Wien

Predmetom Dodatku č. 2 sú nasledujúce zmeny a doplnky :

I. Príloha Osvedčenia TSQ 141/93 - 034 sa mení v časti :

1. Základné údaje , adresa dodávateľa, nasledovne :
ACORD, spol. s r.o., Kopčianska 14, 851 02 Bratislava

II. Príloha Osvedčenia TSQ 141/93 - 034 sa dopĺňa v časti :

2. Popis meradla , o odsek :

Výdajné stojany schválených typov môžu byť vybavené prídavným zariadením na predvoľbu ceny (ďalej len predvoľba), ktoré umožňuje nastaviť požadované množstvo vydané kvapaliny v cenových jednotkách a zabezpečuje zastavenie výdaja po dosiahnutí predvolenej hodnoty.

2. Popis meradla, o nový bod 2.4 tohto znenia :

2.4. Predvoľba ceny

Pozostáva z počítadla predvoľby, ovládacích tlačítok a ventilu predvoľby. Počítadlo predvoľby je integrované do elektrického počítadla typu **MPD** fy **Logitron**, ktoré je štandardnou súčasťou stojanov radu **MULTI-E**. Zabezpečuje načítanie hodnoty predvolenej ceny z kontaktov ovládacích tlačítok, jej zobrazenie na cenovom displeji, výpočet zodpovedajúceho objemu a počtu impulzov, registráciu impulzov z vysielача prietochného meradla, porovnávanie impulzov s predvolenou hodnotou a vyslanie signálov na dvojstupňové zatváranie ventilu predvoľby.

Ventil predvoľby je dvojstupňový elektromagnetický typu **MGA** , vyhotovený podľa výkresu číslo **M 720 0720** zo dňa 06.06.1994, alebo typu **MSA** podľa výkresu číslo **720 0430** zo dňa 04.07.1991. Obidva typy sú výrobkom fy **Concordia Fluidtechnik GmbH (SRN)**.



3. Základné technické údaje, o nasledovné parametre predvoľby ceny :

Nastavovanie predvolenej ceny v krokoch po	50 a 100 Sk
Najmenšia predvoliteľná cena	50 Sk
Dovolená chyba predvoľby ceny	± 20 hal

4. Skúška, bod 4.2. Skúšky pri overovaní, o nový odsek :

Skúška predvoľby ceny sa vykoná podľa PNÚ 1410.2 minimálne 4 x, pričom aspoň

- jedna skúška sa vykoná s najmenšou predvoliteľnou cenou (50 Sk), a
- dve skúšky sa vykonajú pri nastavení jednotkovej ceny na 19.95 a 20.05 Sk/dm³.

5. Údaje na meradle, bod 5.2, o vetu :

Na štítku stojana s predvoľbou ceny bude navyše uvedené číslo tohto Dodatku .


5. Údaje na meradle, o nový bod 5.5 tohto znenia :

5.5. Pri tlačítkach predvoľby ceny sú uvedené príslušné hodnoty (t.j. 50 Sk, 100 Sk) .

6. Overovanie, o odsek :

Na elektrickom počítadle sa navyše tromi overovacími značkami zaistí :

- skrinka počítadla 1 x
- kryt overovacieho prepínača 1 x
- kryt svorkovnice konektorov 1 x



Skúšku vykonal : I. Chren

V Banskej Bystrici, 10.04.1996



Ing. Milan Kachút
vedúci oddelenia 232



Ing. Peter Kneppo, DrSc.
riaditeľ SMÚ