

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

## DODATOK č. 1

zo dňa 10.04.1996

k Rozhodnutiu SMÚ č. 960/141/94-116 zo dňa 21.11.1994, ktorým sa vydalo

### OSVEDČENIE O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA pre meradlo so štátnou značkou schváleného typu

TSQ 141/94 - 116

Na žiadosť spol. s r.o. ACORD Bratislava, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 6 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii vydáva Dodatok č. 1, ktorým sa rozširuje schválenie typu meradla

**výdajné stojany radu MULTI-E**  
so zariadením na predvoľbu ceny

ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohto Dodatku.

Výrobca : ACORD, spol. s r.o., Kopčianska 14, 851 02 Bratislava


*Zdôvodnenie :*

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou Slovenským metrologickým ústavom.

*Poučenie o odvolaní :*

Proti tomuto Dodatku k Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje 2 strany textu.



*Orlovský*  
Ing. Jozef Orlovský  
riaditeľ odboru metrológie

**Príloha Dodatku č. 1 zo dňa 10.04.1996  
k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TSQ 141/94 - 116  
zo dňa 21.11.1994**

*Typ meradla* : Výdajné stojany radu **MULTI-E** so zariadením na predvoľbu ceny

*Výrobca* : **ACORD**, spol. s r.o., Kopčianska 14, 851 02 Bratislava

Predmetom Dodatku č. 1 sú nasledujúce zmeny a doplnky :

**I. Príloha Osvedčenia TSQ 141/94 - 116 sa dopĺňa v časti :**

**2. Popis meradla , o odsek :**

Výdajné stojany schválených typov môžu byť vybavené prídavným zariadením na predvoľbu ceny (ďalej len predvoľba), ktoré umožňuje nastaviť požadované množstvo vydanéj kvapaliny v cenových jednotkách a zabezpečuje zastavenie výdaja po dosiahnutí predvolenej hodnoty.

**2. Popis meradla, o nový bod 2.4 tohto znenia :**

**2.4. Predvoľba ceny**

Pozostáva z počítadla predvoľby, ovládacích tlačítok a ventilu predvoľby. Počítadlo predvoľby je integrované do elektrického počítadla typu **MPD** fy **Logitron**, ktoré je štandardnou súčasťou stojanov radu **MULTI-E**. Zabezpečuje načítanie hodnoty predvolenej ceny z kontaktov ovládacích tlačítok, jej zobrazenie na cenovom displeji, výpočet zodpovedajúceho objemu a počtu impulzov, registráciu impulzov z vysielача prietochného meradla, porovnávanie impulzov s predvolenou hodnotou a vyslanie signálov na dvojstupňové zatváranie ventilu predvoľby.

Ventil predvoľby je dvojstupňový elektromagnetický typu **MGA** , vyhotovený podľa výkresu číslo **M 720 0720** zo dňa 06.06.1994, alebo typu **MSA** podľa výkresu číslo 720 0430 zo dňa 04.07.1991. Obidva typy sú výrobkom fy **Concordia Fluidtechnik GmbH (SRN)**.

**3. Základné metrologické a technické údaje , o nasledovné parametre predvoľby ceny :**

Nastavovanie predvolenej ceny v krokoch po	50 a 100 Sk
Najmenšia predvoliteľná cena	50 Sk
Dovolená chyba predvoľby ceny	± 20 hal



**4. Skúška, ad b) Skúšky pri overovaní, o nový odsek :**

Skúška predvoľby ceny sa vykoná podľa PNÚ 1410.2 minimálne 4 x, pričom aspoň

- jedna skúška sa vykoná s najmenšou predvoliteľnou cenou (50 Sk), a
- dve skúšky sa vykonajú pri nastavení jednotkovej ceny na 19.95 a 20.05 Sk/dm<sup>3</sup>.

**5. Údaje na meradle , bod 5.2, o vetu :**

Na štítku stojana s predvoľbou ceny bude navyše uvedené číslo tohto Dodatku .

**5. Údaje na stojane, o nový bod 5.5 tohto znenia :**

5.5. Pri tlačítkach predvoľby ceny sú uvedené príslušné hodnoty (t.j. 50 Sk, 100 Sk) .


**6. Overenie, bod 6.2., o tri nové odrážky :**

- skrinka počítadla ..... 1 x
- kryt overovacieho prepínača ..... 1 x
- kryt svorkovnice konektorov ..... 1 x



Skúšku vykonal : I. Chren

V Banskej Bystrici, 10.04.1996



Ing. Milan Kachút  
vedúci oddelenia 232



Ing. Peter Kneppo, DrSc.  
riaditeľ SMÚ

