

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

DODATOK Č. 1

zo dňa 10.10.1996

k Rozhodnutiu č. 960/142/94-121 zo dňa 12.12.1994, ktorým sa vydalo

O S V E D Č E N I E O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA

pre meradlo so štátnou značkou schváleného typu

TSQ 142/94-121

Na žiadosť firmy KŘIŽÍK, a.s., Solivarská 1, 080 01 Prešov, SR, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 6 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii vydáva Dodatok č. 1, ktorým sa rozširuje schválenie typu jednovtokového suchobežného vodomeru na studenú vodu, typ BVZ 15S ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohto Dodatku. Týmto dodatkom sa mení názov výrobcu a rozširuje schválenie typu meradla o typ BVZ 15P S.

Výrobca: KŘIŽÍK, a.s., Solivarská 1, 080 01 Prešov, SR


Zdôvodnenie:

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou Slovenským metrologickým ústavom Bratislava.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Dodatku k Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje 1 stranu textu.



Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR

JEDNOVTOKOVÝ VODOMER NA STUDENÚ VODU typu BVZ 15 S

Výrobca: KŘIŽÍK, a.s., Solivarská 1, 080 01 Prešov.

Úradná značka schválenia typu je: TSQ 142/94 - 121

Predmetom Dodatku č.1 sú nasledujúce zmeny prílohy k Rozhodnutiu č.960/142/94-121 zo dňa 12.12.1994 :

1. Názov vodomera sa rozširuje nasledovne:
JEDNOVTOKOVÝ VODOMER NA STUDENÚ VODU typu BVZ 15 S a BVZ 15P S.
2. V bode 1. Základné údaje sa mení výrobca nasledovne:
KŘIŽÍK, a.s., Solivarská 1, 080 01 Prešov.
3. V bode 2. Popis meradla sa dopĺňa odsek " - konštrukčne vyhotovený ..." nasledovne:
- konštrukčne je typ BVZ 15 S vyhotovený podľa konštrukčných listov č.26000454-455-4, 26000452-2 a typ BVZ 15P S podľa konštrukčných listov č.46000834+835-2, 46000836-3, 211975000-4-0, 46000804-3-3,
4. V bode 2. Popis meradla v časti Počítadlo vodomera sa mení odsek "je spojené s telesom vodomera ..." nasledovne:
- je spojené s telesom vodomera prostredníctvom nalisovania krytu počítadla na vodomer - typ BVZ 15 S, alebo prostredníctvom priehľadného krytu s plombovateľnou objímkou - typ BVZ 15P S,
5. V bode 3. Základné technické a metrologické údaje sa kolónka typ meradla mení nasledovne:

Typ meradla	BVZ 15S, BVZ 15P S
-------------	--------------------

6. V bode 6. Overenie sa veta "Pri vyhovujúcom vodomere ..." mení nasledovne:

U vyhovujúceho vodomera sa v prípade typu:

- BVZ 15S kryt počítadla nalisuje na teleso vodomera (kryt počítadla sa nedá oddeliť od telesa vodomera bez viditeľného porušenia krytu) a kryt sa vybaví jednou úradnou značkou,
- BVZ 15P S zaistí objímka spájajúca kryt s puzdrom jednou úradnou značkou.

Ostatné náležitosti rozhodnutia zostávajú nezmenené.

vypracovali: RNDr. Milan Mišovich
Ing. Tibor Reško

Ing. Igor Peter, vedúci odd.232

Ing. Peter Farár, vedúci odboru 230

Ing. Peter Kneppo, DrSc., riaditeľ SMÚ
V Bratislave 10.10.1996

