

**ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Štefanovičova č.3, 814 39 Bratislava

**DODATOK č.1**  
zo dňa 4. 09. 1996

k Rozhodnutiu č. 960/221/94 - 023 zo dňa 11.01.1995, ktorým sa vydalo

**OSVEDČENIE  
O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA**

pre meradlo so štátnou značkou schváleného typu

**TSQ 221/ 94 - 023**

Na žiadosť **KRÍŽÍK a.s.**, Solivarská č.1, 080 01 Prešov, Úrad pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo SR na základe § 6 zákona č. 505/1990 Zb. o metrologii vydáva Dodatok č. 1, ktorým sa rozširuje schválenie typu meradla jednofázového indukčného elektromera typ EJ 92... na meranie činnej energie pre priame zapojenie v striedavých sústavách o odvodenú variantu EJE 92... ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohoto Dodatku.

Výrobca : **KRÍŽÍK a.s.**,  
Solivarská č.1,  
080 01 Prešov


Zdôvodnenie:

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené odborným posúdením technickej dokumentácie Slovenským metrologickým ústavom Bratislava.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Dodatku k Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohoto Dodatku. Obsahuje 1 stranu prílohy.



*Jozef Orlovský*  
Ing. Jozef Orlovský  
riaditeľ odboru metrologie  
ÚNMS SR

Typ meradla: **jednofázový indukčný elektromer typ EJ 92... na meranie činnnej energie pre priame zapojenie v striedavých sústavách**

Štátna značka schváleného typu meradla:

TSQ 221/ 94 - 023

Príloha k Rozhodnutiu č. 960/221/94 - 023 :

- sa mení v bode


### 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Výrobca elektromerov : KŘÍŽÍK a.s.,  
Solivarská č.1,  
080 01 Prešov

- sa doľňa v bode


### 2. POPIS MERADLA

- spodné ložisko je dvojkameňové alebo magnetické (posledný znak typového označenia "u")  
Elektromery EJE 92... majú svorkovnicu pre všetky prúdové rozsahy s vŕtaním 8 mm.




Vypracoval: Ing. J. Hanák

Bratislava 4.09.1996



Riaditeľ odboru 240: Ing. L. Harich.



Riaditeľ SMÚ: Ing. P. Kneppo, DrSc

