

Slovenský metrologický ústav Bratislava

Dodatok č.1 k Rozhodnutiu č.960/311/93-010 zo dňa 15.07.1993
so štátnou značkou schváleného typu TSQ 311/93 - 010

Na žiadosť: OneSoft spol. s r.o. Zapotôčky 34 971 04 PRIEVIDZA, Slovenský metrologický ústav Bratislava vydáva Dodatok č.1 k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TSQ 311/93-010.

Týmto dodatkom sa upravuje schválenie typu určeného meradla na kalorimetrické počítadlo STEAMTRONIC "A", STEAMTRONIC "B" ako člena merača tepla odovzdávaného vodnou parou, v súlade s prílohou.

Výrobca: OneSoft spol. s r.o. Zapotôčky 34 971 04 PRIEVIDZA

Z d ô v o d n e n i e :

Uvedený typ meradla STEAMTRONIC spĺňa metrologické požiadavky, čo bolo zistené technickou skúškou, ktorej výsledky sú uvedené v prílohe.

P o u č e n i e o o d v o l a n í :

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Bratislava dňa 29. 3.1994



Ing. Robert Spurný, CSc.
riaditeľ SMÚ

Príloha Dodatku č.1
k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TSQ 311/93-010
zo dňa 15.7.1993

Typ meradla: Kalorimetrické počítadlo STEAMTRONIC


Výrobca: OneSoft spol. s r.o. Zapotôčky 34 971 04 PRIEVIDZA


Dodatok č.1 je predmetom nasledujúcej zmeny Prílohy
k Rozhodnutiu č.960/311/93-010 zo dňa 15.07.1993

- bod 3. Základné technické údaje, str.4, bod 7. sa mení na:

7. Vyhodnotenie množstva tepla $\pm 1.0 \%$
odvádzaného kondenzátom




Vykonal: Ing. A. Sýkorčinová


Ing. Stanislav Ďuriš, CSc.
Vedúci odd. teploty a tepla

Bratislava 29. 3.1994