

SLUŽBY LEGÁLNEJ METROLÓGIE - SR  
metrologické pracovisko Bratislava

**DOPLNOK č. 2**

k Rozhodnutiu č. 960/311/93-010 zo dňa 15.7.1993  
s úradnou značkou schváleného typu

**TSQ 311/93-010**

Na žiadosť firmy OneSoft s.r.o., Zapotôčky 34,971 06  
Prievidza, Služby legálnej metrológie, metrologické praco-  
visko Bratislava vydáva Doplnok č.2 k Rozhodnutiu o schvále-  
ní typu meradla č. 960/311/93-010

Týmto doplnkom sa rozširuje schválenie typu meradla o kalori-  
metrické počítadlo STEAMTRONIC "C" v súlade s prílohou.

Výrobca: OneSoft s.r.o. Zapotôčky 34, 971 06 Prievidza


**Zdôvodnenie**

Typ meradla STEAMTRONIC "C" spĺňa metrologické  
požiadavky, čo bolo zistené technickou skúškou, ktorej  
výsledky sú uvedené v prílohe.

**Poučenie o odvolaní**

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR  
rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

V Bratislave 21. 7.1994



  
Jozef Slamka  
riaditeľ SLM SR

Príloha k Doplnku č.2

k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TSQ 311/93-010

zo dňa 15.7.1993

Typ meradla: Kalorimetrické počítadlo STEAMTRONIC "C"

Výrobca meradla : OneSoft s.r.o. Zapotôčky 34,

971 06 Prievidza

Doplnok č.2 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov

1. Úvodný odstavec Rozhodnutia č. 960/311/93-010 sa dopĺňa o typové označenie meradla - kalorimetrické počítadlo STEAMTRONIC "C".
2. Časť 2. popis meradla sa doplnuje:  
Kalorimetrické počítadlo STEAMTRONIC "C" vyhodnocuje na báze merania kondenzátu s prepočtom na množstvo tepla v pare z merania teploty a tlaku pary, množstva a teploty kondenzátu.
3. Časť 3. Základné technické údaje, sa mení:

Rozsah teplôt kondenzátu

u prevedenia STEAMTRONIC "C": (5 až 200) C

Vstupné signály :

tlak pary: (4 - 20) mA

teplota pary: Pt 100, alebo Pt 500

Najväčšie dovolené chyby meradla sa menia na.

- |  |        |
|--|--------|
| 3.vyhodnotenie množstva pary                             | ±1 %   |
| 4.vyhodnotenie množstva tepla                            | ±1 %   |
| 6.vyhodnotenie množstva kondenzátu                       | ±0.1 % |
| 7.vyhodnotenie množstva tepla<br>odvádzaného kondenzátom | ±1%    |

Ostatné údaje Rozhodnutia č.960/311/93 010 z 15.7.1993 zostávajú v platnosti.

Skúšku vykonal: Kušnier Rudolf

V Bratislave 21. 7.1994

