

DOPLNOK č. 3

k Rozhodnutiu č. 960/311/93-010 zo dňa 15.7.1993
s úradnou značkou schváleného typu

TSQ 311/93-010

Na žiadosť firmy OneSoft s.r.o., Zapotôčky 34,971 06
Prievidza, Služby legálnej metrológie, metrologické praco-
visko Bratislava vydáva Doplnok č.3 k Rozhodnutiu o schvále-
ní typu meradla č. 960/311/93-010

Týmto doplnkom sa rozširuje schválenie typu meradla kalori-
metrické počítadlo STEAMTRONIC "B" v súlade s prílohou.

Výrobca: OneSoft s.r.o. Zapotôčky 34, 971 06 Prievidza

Zdôvodnenie

Typ meradla STEAMTRONIC "B" spĺňa metrologické
požiadavky, čo bolo zistené technickou skúškou, ktorej
výsledky sú uvedené v prílohe.

Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR
rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia

Bratislava 21. 7.1994

Jozef Slamka
riaditeľ SLM SR



Príloha k Doplnku č.3

k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TSQ 311/93-010

zo dňa 15.7.1993

Typ meradla: Kalorimetrické počítadlo STEAMTRONIC "B"

Výrobca meradla : OneSoft s.r.o. Zapotôčky 34,


971 06 Prievidza

Doplnok č.3 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov

1. Časť 2. Popis meradla sa dopĺňa:

Kalorimetrické počítadlo STEAMTRONIC "B" môže vyhodnocovať od výrobného čísla 170. v zvláštnom počítadle, kumulovanú energiu vypočítavanú aj pri teplote pod medzou sýtosti, s parametrami na hranici sýtosti. Údaj na tomto počítadle bude slúžiť pre dohodu dodávateľa s odberateľom na cene energie pri znížených parametroch pary.

Ostatné údaje Rozhodnutia č.960/311/93 010 z 15.7.1993 zostávajú v platnosti.

Skúšku vykonal:  Kušnier Rudolf

V Bratislave 21. 7.1994

