

Slovenský metrologický ústav, Bratislava

Dodatok č.1 k Rozhodnutiu č. 960/341/93-001 zo dňa 3.5.1993
so štátnou značkou schváleného typu TSQ 341 / 93 - 001 .

Na žiadosť : Ing. Pawlica Rudolf, CSc. Ke kulturnému domu 6/530
163 00 Praha 6 - Řepy .
Slovenský metrologický ústav Bratislava vydáva dodatok č. 1
k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TSQ 341/93-001.

Týmto dodatkom sa upravuje schválenie typu meradla -
vlhkomer obilnín a olejnín HE-90 i na cestoviny v súlade s
prílohou.

Výrobca : PFEUFFER GmbH Mess-und Prüfgeräte, Flugplatzstr. 70
D - 8710 KITZINGEN, SRN .

Z d o v o d n e n i e

Uvedený typ meradla HE-90 spĺňa metrologické požiadavky,
aj pre meranie vlhkosti vaječných cestovín , čo bolo zistené
technickou skúškou, ktorej výsledky sú uvedené v prílohe.

P o u č e n i e o o d v o l a n í

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad
do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Bratislava dňa 8.12.1993



.....
Ing. Robert Spurný, CSc.
riaditeľ SMÚ

PRÍLOHA DODATKU č. 1

k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TSQ 341/93-001
zo dňa 3.5.1993

Typ meradla : Vlhkomer HOH-EXPRES HE-90

Výrobca: PFEUFEFR GmbH Mess-und Prüfgeräte, Flugplatzstraße 70
D-8710 KITZINGEN, SRN

Doplnok č.1 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov :

1. Príloha k rozhodnutiu č. 960/341/93-001 zo dňa 3.5.1993 sa
dopĺňa :

Bod 2 O krivky na meranie vlhkosti vaječných a nevaječných
cestovín na celkový počet 16 kalibračných kriviek.

Bod 3 Počet kalibračných kriviek sa mení na 16

Bod 4 Prístroje boli skúšané a posudzované podľa PNÚ 3405.1,
3405.2, ČSN 560512-7 a medzinárodného dokumentu OIML č.59
Skúškou bolo zistené :

- kalibračná krivka vaječných cestovín v y h o v u j e
PNÚ 3405.0 I.triede presnosti (v rozsahu 10-14 %
vlhkosti s chybou merania menšou ako 0.5 % a v rozsahu
14-20 % s chybou merania menšou ako 1 %),
- kalibračná krivka nevaj. cestovín n e v y h o v u j e
PNÚ 3405.0 I.triede presnosti (v celom rozsahu je
chyba merania v rozsahu -1 % až -2 % vlhkosti)

Skúšku vykonal : RNDr. *Stingl* Irena

Zodpovedný pracovník : *Slamka* Jozef
riaditeľ SMÚ, Inšpektorát B.Bystrica

Banská Bystrica dňa 1.12.1993

